

Министерство здравоохранения Республики Марий Эл



Государственное учреждение здравоохранения

Республиканский наркологический диспансер

424006, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Деповская, 20

тел.сот. 92-01-16, 78-20-02
ОКПО 44789112, ОГРН 1021200778565
ИНН/КПП 1215055146/121501001
л/с 03055080791
в ОФК по г. Йошкар-Ола

31.08.2006 г. № 301

На № _____

ОТЗЫВ о применении в Республиканском наркологическом диспансере аппарата «Морфотрон»

Проведена апробация аппарата сомнологической коррекции «Морфотрон» в наркологическом отделении Республиканского наркологического диспансера. С 10 июля по 31 августа 2006 г.

Аппарат «Морфотрон» был использован для коррекции сна у больных с алкогольной зависимостью в состоянии абстиненции (похмельного синдрома) легкой и средней степени тяжести на 3-4 день поступления в стационар. Аппарат был апробирован на 15 пациентах.

1-ая группа больных.

Семь больных с легкой степенью тяжести абстинентного синдрома. Положительные результаты наблюдались у пяти пациентов. Нормализация сна безочных пробуждений.

2-ая группа больных.

У восьми больных со средней степенью тяжести абстинентного (похмельного синдрома). Положительные результаты наблюдались у трех пациентов из восьми. Нормализация сна безочных пробуждений.

Рекомендуем:

1) использовать аппарат сомнологической коррекции у больных с алкогольной зависимостью в состоянии легкого абстинентного синдрома.

2) использовать аппарат «Морфотрон» у больных с алкогольной и наркотической зависимостью индивидуально в реабилитационный период для коррекции нарушений сна.

3) не рекомендуется использовать аппарат сомнологической коррекции у больных с наркотической зависимостью в состоянии абstinенции.

Главный врач



С.В. Бочкарев